Bunsenbrenner



Artikel-Nr.: 1000

DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133

- Luftregulierung

DIN / Zulassung

Artikel Nr.	Gas
1000	Erdgas
1001	Propan

Hinweise

DIN-Brenner sind entsprechend der Norm 30665 nicht vollständig abstellbar. Daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine kleine Flamme weiter. Die Gaszufuhr muss an der zentralen Absperrung im Labor abgestellt werden.

Mehr über unsere Laborbrenner erfahren Sie hier.

Der im Bild gezeigte Haftfuß ist gegen Aufpreis erhältlich!

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1000	1500	110	155	210
1001	1540	55	155	210

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1000	14	17	1,25	+	+	+	–	o
1001	14	17	1,35	+	–	–	+	o