Bec Teclu, robinet à double levier, veilleuse



Réf. art. 1245/1

N° enreg. DIN-DVGW NG-2211AN0133

- régulation d'air
- robinet à double levier
- veilleuse

DIN / Approval

Référence	Gaz
1245/1	Gaz naturel
1246/1	Propane

Remarques

Conformément à la norme 30665, l'arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L'arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez ici.

La base de sécurité pour bec illustré est disponible en option!

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1245/1	1500	100	155	270
1246/1	1540	60	155	270

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1245/1	14	17	1,25	+	+	+	–	o
1246/1	14	17	1,50	+	+	–	+	o