Bec Teclu à valve, veilleuse



Réf. art. 1220

N° enreg. DIN-DVGW NG-2211AN0133

- régulation d'air
- valve à pointeau
- veilleuse

DIN / Approval

Référence	Gaz
1220	Gaz naturel
1221	Propane

Remarques

Conformément à la norme 30665, l'arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L'arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez ici.

Le base de sécurité pour bec illustré est disponible en option.

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1220	1530	110	155	260
1221	1530	65	155	260

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1220	14	17	1,25	+	+	+	–	o
1221	14	17	1,50	+	+	–	+	o