# Bec Teclu à valve

Réf. art. 1210

N° enreg. DIN-DVGW NG-2211AN0133



- régulation d'air
- valve à pointeau

## Variante

| Référence | Gaz |
|---|---|
| **1210** | Gaz naturel |
| **1211** | Propane |

## DIN / Approval

| Référence | Gaz |
|---|---|
| **1210/1** | Gaz naturel |
| **1211/1** | Propane |

## Remarques

Conformément à la norme 30665, l'arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L'arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez ici.

La base de sécurité pour bec illustré est disponible en option!

## Caractéristiques techniques

| Réf. art. | Max. Temp. (°C) | Consommation (l/h) | Hauteur (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| **1210** | 1520 | 125 | 155 | 260 |
| **1210/1** | 1520 | 125 | 155 | 260 |
| **1211** | 1560 | 65 | 155 | 260 |
| **1211/1** | 1560 | 65 | 155 | 260 |

| Réf. art. | Tube Ø | Tête Ø | Bel. (kg) | DIN | GS | Gaz naturel | Propane | Socle de protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1210** | 14 | 17 | 1,30 | – | – | + | – | o |
| **1210/1** | 14 | 17 | 1,30 | + | + | + | – | o |
| **1211** | 14 | 17 | 1,50 | – | – | – | + | o |
| **1211/1** | 14 | 17 | 1,50 | + | + | – | + | o |