Bec Bunsen à robinet , veilleuse

Réf. art. 1030

N° enreg. DIN-DVGW NG-2211AN0133

- régulation d'air
- robinet
- veilleuse

Variante

Référence	Gaz
1030	Gaz naturel
1031	Propane

DIN / Approval

Référence	Gaz
1030/1	Gaz naturel
1031/1	Propane

Remarques

Conformément à la norme 30665, l'arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L'arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez ici.

La base de sécurité pour bec illustré est disponible en option!

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1030	1500	110	155	225
1030/1	1500	110	155	225
1031	1520	50	155	225
1031/1	1520	50	155	225

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1030	14	17	1,10	–	–	+	–	o
1030/1	14	17	1,10	+	+	+	–	o
1031	14	17	1,25	–	–	–	+	o
1031/1	14	17	1,25	+	+	–	+	o