Bec Bunsen



Réf. art. 1000

N° enreg. DIN-DVGW NG-2211AN0133

- égulation d’air

DIN / Approval

Référence	Gaz
1000	Gaz naturel
1001	Propane

Remarques

Conformément à la norme 30665, l’arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L’arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez ici.

La base de sécurité pour bec illustré est disponible en option!

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1000	1500	110	155	210
1001	1540	55	155	210

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1000	14	17	1,25	+	+	+	–	o
1001	14	17	1,35	+	–	–	+	o